РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **023/2-251**

Весы лабораторные электронные BP221S «Сартогосм»		
Инвентарный номер	Заводской №	№ в Госреестре
00000715	205683350	17935-02

Назначение: измерение массы

Технические характеристики.	Место хранения. Условия эксплуатации
Класс точности: **I специальный** Диапазон: **220 г.**	к. 801; (15 – 25) °С; RH не более 80 %

Результаты первичной поверки от 2005 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Протокол первичной поверки отсутствует	КТ I	КТ I

Периодичность поверки: 1 раз в год.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Средство измерений пригодно для использования в лаб. 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
122802-1415-241	01/08/12	НмПВ 0,001 г, НПВ 220 г, от 0,001 до 50 г - Δ=±0,0004 г, св. 50 г до 200 г -Δ=±0,0006 г, св. 200 г до 220 г - Δ=±0,0006 г, СКО не более 0,0001 г
139075-1188-241	26/08/13	НмПВ 0,001 г, НПВ 220 г, от 0,001 до 50 г - Δ=±0,0004 г, св. 50 г до 200 г -Δ=±0,0006 г, св. 200 г до 220 г - Δ=±0,0006 г, СКО не более 0,0001 г